

Załącznik nr 1

**Specyfikacja techniczna zamówienia w trybie rozeznania cenowego
w ramach zadania:**

**„Zakup 1 zestawu EEG Biofeedback wraz z laptopem dla terapeuty dla SP5 z OI
w Dzierżoniowie w ramach Rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.**

1. Opis:

Aparatura

- Dwukanałowa głowica/koder EEG
- Oprogramowanie zarządzające do edycji ekranu wraz z rozszerzeniem o pakiet RSA Biofeedback (program HRV Suite wraz z czujnikiem oddechowym oraz pulsu HRV/BVP) umożliwiającym prowadzenie treningu relaksacyjnego,
- Oprogramowanie powinno zapewnić pomiar impedancji, możliwość określenia dokładnego zakresu trenowanej częstotliwości oraz posiadać opcję automatycznego ustawiania celu (wymagania i cel dostosowywane są do uzyskiwanych wyników),
- Czujnik EEG – Z,
- Minimum 90 gier dostępnych z poziomu programu zarządzającego o różnej tematyce,
- Dźwięki binauralne (binaural beats) z regulowaną częstotliwością stymulacji dźwiękowej 1 do 40 Hz
- Możliwość podłączenia i obsługi zabawek biofeedback
- Zestaw elektrod EEG miseczkowych – sztuk 2 i usznych – sztuk 2,
- Niezbędne okablowanie,
- Pasta klejąca x 1 szt
- Pasta oczyszczająca x 1 szt
- Walizka do przenoszenia sprzętu
- Wsparcie techniczne na minimum 12 miesięcy.

Laptop do zainstalowania oprogramowania EEG Biofeedback z funkcją pracy w trybie 2 – monitorowym dla terapeuty

- Procesor: Intel Core i5 lub lepszy,
- System operacyjny: Microsoft Windows 10 64-bit
- RAM: 8 GB DDR4, minimum: 4 GB DDR4,
- Dysk: SSD minimum 240 GB,
- Napęd DVD: zewnętrzny lub zintegrowany

Okres gwarancji na proponowaną aparaturę do EEG Biofeedback oraz laptopa minimum – 24 miesiące, aparatura i sprzęt musi być fabrycznie nowy, posiadać deklaracje zgodności CE (w przypadku aparatury Biofeedback certyfikat medyczny CE oraz spełniać standardy IEEE), rok produkcji sprzętu 2021 r..

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć:

- podręcznik użytkownika oraz karty gwarancyjne na zakupioną aparaturę i sprzęt,
- programy instalacyjne na nośnikach typu płyta CD lub pendrive.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Dzierżoniowie
mgr Marzenna Mieszko